18 LA RÉALISATION PRATIQUE DU TEST HÉMOCCULT II®

On évitera d'effectuer le test :

– En période de règles (risque très faible de contamination des selles)
– En cas de thérapeutique à base d'aspirine supérieure à 1 g par jour (risque de faux positif, mais peu important)
– En cas de thérapeutique à base de vitamine C supérieure à 1 g par jour (faux négatif absolu)

Aucune restriction alimentaire n'est indispensable

Hémoccult II®

Le test consiste à prélever 2 échantillons de mêmes selles sur **3 selles consécutives.**
Le test est constitué d'une pochette contenant 3 plaquettes avec 2 fenêtres, et de 6 spatules.

Mode d'emploi

– **Identifier** le test avec la fiche
– **Identifier** chaque plaquette
– L'échantillon de selles doit être prélevé dans **un endroit propre et sec** : il ne doit pas être en contact avec de l'eau, ou de l'eau de Javel (déposer un récipient au fond d'une cuvette)
– **Prélever un fragment de selles de la taille d'une lentille et appliquer** sur la fenêtre A
– Sur les mêmes selles, avec une autre spatule, prélever un fragment à un autre endroit, appliquer sur la fenêtre B
– **Refermer chaque plaquette avec soin, la remettre dans l'enveloppe fournie à cet effet** : ne pas envelopper les plaquettes dans de l'aluminium, ni dans du film plastique
– Conserver les plaquettes **à température ambiante**
– Répéter les prélèvements de la même manière avec les deux selles suivantes
– **Renvoyer les tests Hémoccult II®** après utilisation de la troisième plaquette, **le plus rapidement possible**, dans l'enveloppe pré-affranchie, au centre de lecture

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé
inpes